smiths medical
bringing technology to life
donner vie à la technologie

Protectiv® Acuvance®

Mode d'emploi des cathéters veineux périphériques passifs

Précaution d'utilisation

Vérifier l'intégrité de l'emballage et inspecter visuellement le biseau du cathéter.

NE PAS DÉSOLIDARISER LE CATHÉTER DE L'AIGUILLE AVANT LA POSE. LE FAIRE PRÉSENTE UN RISQUE DE PERFORATION DE LA CANULE.

MISE EN PLACE / INSERTION DU CATHÉTER

1 PONCTION DE LA VEINE
Ponctionner la veine en tenant le cathéter de façon conventionnelle.

2 INTRODUCTION DE LA CANULE
Après la visualisation du reflux sanguin au niveau du système « flash view », faire progresser la canule dans la veine tout en retirant le mandrin.





3 MISE EN SÉCURITÉ
Lors du retrait du mandrin, un indicateur sonore confirme la mise en sécurité passive du cathéter.
Le biseau est alors protégé et sécurisé par la sortie d'un mandrin interne non piquant, non tranchant.

4 RETRAIT DU MANDRIN
Minimiser toute hémorragie en pressant sur la veine à l'aide d'un doigt, au-dessus de l'extrémité du cathéter.

ATTENTION : NE JAMAIS RÉINTRODUIRE L'AIGUILLE ALORS QUE LE CATHÉTER EST DANS LA VEINE. CE GESTE POUVANT PROVOQUER DES PERFORATIONS AU NIVEAU DU CATHÉTER.

ÉLIMINATION DU MANDRIN

Jeter IMMÉDIATEMENT le mandrin dans un collecteur pour objets piquants, coupants, tranchants qui aura été placé à portée de main.

Note : présence d'un bouchon amovible permettant de connecter une seringue

Smiths Medical France
3, rue du Pont des Halles 94656 RUNGIS Cedex Tel: 01 58 42 50 00 Fax: 01 58 42 50 30
www.smiths-medical.fr
Protectiv, Acuvance, Jelco et Smiths Medical sont des marques déposées de Smiths Group plc.
SECUR25-Ed1011-RevA

JELCO®